

	PERBAIKAN ALAT		
	SOP	No Dokumen : SOP/VIII-UKP/21/2019 No Revisi : 01 Tanggal Terbit : 14 Januari 2019 Halaman : 1/1	
UPTD PUSKESMAS PURWODADI I	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I 		dr. ENDAH YULI. R NIP. 19740417 200604 2 019

1	Pengertian	Suatu tindakan yang dilakukan guna pemeliharaan apabila ditemukan kelainan kelainan dalam penggunaan peralatan laboratorium.			
2	Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk Memastikan segera dilakukan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan hasil laboratorium.			
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825/ /2019 tentang perbaikan			
4	Referensi	Permenkes RI No 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas			
5	Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menginventaris alat yang rusak 2. Petugas melaporkan alat yang rusak kepada pengelola alat dan barang di puskesmas. 3. Petugas memisahkan alat yang rusak untuk segera dilakukan perbaikan. 4. Petugas mendeteksi kesalahan dan mencari tahu sumbernya apabila ada penyimpangan 5. Petugas meminta kepada pengelola barang untuk dilakukan perbaikan. 6. Petugas menginformasikan kepada koordinator layanan klinis bahwa alat masih dalam perbaikan. 7. Petugas mengupayakan untuk mempertinggi kesiagaan sehingga pengeluaran hasil yang salah tak terjadi dan perbaikan kesalahan dapat dilakukan segera. 			
6	Bagan Alir	-			
7	Hal-hal yang diperhatikan	-			
8	Unit Terkait	Laborat			
9	Unit Dokumen Terkait	Buku perbaikan alat			
10	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
		1	Komponen SOP	Penambahan komponen SOP : - Hal-hal yang perlu diperhatikan - Dokumen terkait	14 Januari 2019
		2	Kepala puskesmas	Dari Dr. Rini Ariyanti menjadi Dr. Endah Yuli R	14 Januari 2019